

Katowice, dnia 21.10.2019r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
tel. (032) 359 19 24

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro, pn. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych” nr spr. DZP.381.093.2019.DW.

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
- Pytanie Wykonawcy nr 1:** Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z orbitą 20 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza inkubatora z wytrząsaniem z orbitą 20 mm.
 - Pytanie Wykonawcy nr 2:** Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o wymiarach zewnętrznych 360 x 410 x 320 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza inkubatora z wytrząsaniem o wymiarach zewnętrznych 360 x 410 x 320 mm.
 - Pytanie Wykonawcy nr 3:** Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o wadze 18,7 kg?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza inkubatora z wytrząsaniem o wadze 18,7 kg.
- II. Wyjaśnienia są wiążące i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

mgr Justyna Rutkowska-Zawada
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

mgr Kalina Rożek
Przewodniczący Komisji Przetargowej