



Katowice, dnia 24.06.2020r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
tel. (032) 359 19 24

**Wyjaśnienia treści SIWZ/
Zmiana treści SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 214.000 euro, pn. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych” nr spr. DZP.381.048.2020.DW.

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie Wykonawcy nr 1, dotyczy- Część A- „Homogenizator ręczny”:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wysokość homogenizatora wynosiła 22,86 cm a jego średnica 6,35cm? Są to niewiele większe wymiary od wymaganych i gwarantują bardzo dobry uchwyt w dłoni

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

W Załączniku nr 2 do SIWZ nr DZP.381.048.2020.DW – Opis przedmiotu zamówienia- w zakresie części A- poz. 3 i 4- zmianie ulega parametr wysokości i średnicy urządzenia:

Jest:

poz. 3. Wysokość (metryczne): 16,5 cm; (±5%);

poz. 4. Średnica: 5.1 cm; (±5%);

Powinno być:

poz. 3. Wysokość (metryczne): 15,67 cm – 22,86 cm

poz. 4. Średnica: 4,84 cm – 6,35 cm

2. Pytanie Wykonawcy nr 2, dotyczy- Część A- „Homogenizator ręczny”:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby moc homogenizatora wynosiła min 125W. Moc w przedziale 100-160W jest standardowa do wskazanego zastosowania.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na mniejszą moc, która w tym wypadku jest kluczowa.

3. Pytanie Wykonawcy nr 3, dotyczy: Część A- „Homogenizator ręczny”

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować ile sond 10 x115 i ile sond 7x115 ma zawierać zestaw?

Odpowiedź Zamawiającego: Jedną ale ze stali nierdzewnej.

- III. Przedmiotowa zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
- IV. W załączeniu - Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach.
- V. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
- VI. Wyjaśnienia są wiążące i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

mgr Małgorzata Wróblewska
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

mgr Kalina Rożek
Przewodniczący Komisji Przetargowej