

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
Pompa obrotowa DUO 3 w komplecie z filtrem mgły olejowej OME 16 S i zwrotem oleju do pompy ODK niezbędna do prawidłowej pracy napyłarki MBE	
Pompa próżniowa Scroll DN 25 ISO-KF niezbędna do prawidłowej pracy spektrometru Scienta XPS	
wydajność 5,4 m3/h	
0,05 mbar	
230 V 50 Hz	