

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
Kulometryczny titrator Karla Fishera z diafragmą	
Winien zapewniać automatyczne opróżnianie komórki titratora	
Winien zapewniać automatyczne uzupełnianie komórki titratora	
Winien zapobiegać przelaniu odpadu za pomocą dedykowanych akcesoriów	
Precyzja wyników od 1 ppm	