

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

<b>MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</b>	<b>OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU</b>
Zestaw kontrolno-pomiarowy do mikrotomu: Urządzenie pomiarowe stosowane do określenia optymalnej pozycji noża po wymianie oraz zminimalizowania wibracji pionowych. Odchylenie amplitudy wysokości przedstawiane w $\mu\text{m}$ . Urządzenie kompatybilne z wibratorem VT1200S	
Zestaw stereomikroskopowy składający się z: - uchwytu na mikroskop kompatybilnego z wibratorem VT1200S	
- głowicy mikroskopu stereoskopowego	
- dwóch regulowanych okularów 10 x 23 B	
- szkła ochronnego na obiektyw	
- pokrowca	
- gniazda do podłączenia oświetlenia	
- adaptera do montażu oświetlenia	
Źródło światła LED 1000, 100-240V, 50-60Hz wraz z kablem, kompatybilne z wibratorem VT1200S.	
Oświetlenie punktowe, dwa elastyczne ramiona, typu "gęsie szyje" kompatybilne ze źródłem światła LED oraz wibratorem VT1200S.	