

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
zakres pomiaru 0,25 – 30 mm/s (5,0 – 1200 mmol/m ² /s)	
głowica pomiarowa (pow. Pomiaru 2,5 x 22,5 mm)	
płyta kalibracyjna	
kabek RS 232	
akumulator	
ładowarka	
wkład osuszający	
etui transportowe dla porometru oraz wyposażenia	
program komputerowy do sczytania danych zapisanych w pamięci porometru	