

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

<b>MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</b>	<b>OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU</b>
Doposażenie chromatografu gazowego SRI M 310	
1. Detektor FID z metanizerem – 1 szt.	
2. Wewnętrzny bezgłośny kompresor powietrza – 1 szt.	
3. Przełącznik sygnału FID/TCD – 1 szt.	