

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

<b>MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</b>	<b>OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU</b>
Dostawa wiskozymetru rotacyjnego wraz z akcesoriami:	
Lepkościomierz cyfrowy AMETEK Brookfield DV2TRV, brak wrzecion standardowych, brak sondy temperatury, wersja podstawowa, 5" panel dotykowy, ze złączem magnetycznym – 1 kpl.	
Przystawka do małych próbek Brookfield SSA z naczyniem 13RPY, złączem magnetycznym, z sondą temp., z wybranym wrzecionem SC4-21 – 1 kpl.	
Wrzeciono pomiarowe AMETEK Brookfield nr 28 - 1 szt.	
Sterownik komputerowy (AIO) z oprogramowaniem RheocalcT - 1 szt.	
Wzorzec lepkości S600, uniwersalny 500mL/op. (około 1318cP w 25°C) - 1 op..	
Wzorzec lepkości S60, uniwersalny 500mL/op. (około 102.5cP w 25°C) – 1 op.	
Adiustacja i kalibracja standardowego lepkościomierza cyfrowego Brookfield typ RV/HA/HB po 12 miesiącach użytkowania – 1 szt.	

*Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych wyżej. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte określenia wskazujące znaki towarowe, patent, symbol, producenta lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego oraz winien przedstawić dokumentację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia.*