

Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
p.n.:

Dostawa spektrofotometru do pomiaru DNA, RNA i białek w kropli i w kuwecie

Nr sprawy: 148429/2022 Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści umowy i ogłoszenia, które wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający zgadza się na spektrofotometr z detektorem: matrycą CMOS?
Matryca CMOS jest rozwiązaniem nowszym technologicznie i coraz silniej wypiera CCD ze względu na dużo większą szybkość i jakość odczytu przy zachowaniu porównywalnych parametrów szumów i czułości oraz w porównaniu z CCD jest bardziej wrażliwa w zakresie UV, czyli w zakresie w którym mierzone jest DNA, RNA i białka.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na aparat dokonujący analizy kształtu widma, mającej na celu zidentyfikowanie konkretnych zanieczyszczeń w próbce w czasie pomiaru wynoszącym do 6 sekund?
Dłuższy o kilka sekund czas pomiaru przynosi użytkownikowi korzyść w postaci analizy jakościowej próbki. Wbudowane algorytmy wykrywają zanieczyszczenia fenolem, guanidyną, białkiem i RNA w dsDNA, dokonują dekonowulcji widma, dzięki której uzyskujemy rzeczywiste stężenie dsDNA.
3. Czy Zamawiający zgadza się na spektrofotometr z zakresem pomiarowym wynoszącym 190 – 850 nm?
Zakres pomiarowy spektrofotometru, który chcemy zaoferować jest w pełni wystarczający do pomiarów kwasów nukleinowych oraz białek, a także do pomiarów kolorymetrycznych.
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na aparat o wadze 3,5 kg?
5. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający pisze: „Wymagane wytrząsanie kuwety: 10-900 RPM, 10 szybkości”. Co Zamawiający rozumie poprzez wyrażenie wytrząsanie?
W przypadku, kuwet kwarcowych wytrząsanie zakończyło by się ich zniszczeniem i brakiem dalszej możliwości pracy w spektrofotometrze.

Aparat, który chcemy zaoferować posiada wbudowane mieszadło magnetyczne umożliwiające mieszanie roztworu znajdującego się w kuwecie z 9 różnymi prędkościami. Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie?

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie §2 pkt. 4 na: „...Wykonawca usunie niewłaściwości w terminie wyznaczonym – uzgodnionym każdorazowo przez Strony, nie dłuższym niż 14 dni od momentu zgłoszenia niewłaściwości”. ?
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie §4 pkt. 4 na: „ Wady ujawnione w terminie gwarancji usuwane będą przez Wykonawcę bezpłatnie, w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony, jednak nie dłuższym niż 28 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego”.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie §5 pkt. 10 na: „Jeżeli przedmiot sprzedaży ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 28 dni od dnia zgłoszenia wady i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wy- mieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie z zachowaniem zasad określonych w ust.11. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot sprzedaży był już wymieniony lub naprawiany przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany przedmiotu sprzedaży na wolny od wad lub usunięcia wady.”
9. Zwracamy się z prośbą o zgodę na wykreślenie w §5 pkt. 16.
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie §6 pkt. 2 na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w spełnieniu świadczenia, dla którego Zamawiający lub Strony ustaliły termin realizacji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1,
 - 2) z tytułu dostarczenie przedmiotu sprzedaży z wadą - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,
 - 3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.”
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie §6 pkt. 6 na: „Łączny limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 2, wynosi 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.”

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Wyrażamy zgodę na spektrofotometr z detektorem - matrycą CMOS.
2. Tak, wyrażamy zgodę na aparat o czasie pomiaru próbki wynoszącym do 6 s.
3. Ponieważ zakres pomiarowy oferowanego spektrofotometru (pełny zakres skanowania 190-850 nm) jest wystarczający do przeprowadzania planowanych pomiarów, zgadzamy się na urządzenie o takich parametrach.

4. Wyrazamy zgodę na urządzenie o wadze 3.5 kg.
5. Chodzi o możliwość mieszania roztworu znajdującego się w kuwecie. Proponowane przez oferenta rozwiązanie spełnia te wymagania. Wymagamy jednak, aby, poza oznaczeniami w kuwetach kwarcowych, było możliwe stosowanie do oznaczeń kuwet jednorazowych.
6. Zamawiający nie wyraża zgody.
7. Zamawiający nie wyraża zgody.
8. Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Zamawiający nie wyraża zgody.
11. Zamawiający nie wyraża zgody.

JEDNOCZEŚNIE ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ TERMIN SKŁADANIA PYTAŃ DO NINIEJSZEGO
POSTĘPOWANIA MIJA DNIA 16.02.2022, GODZ. 9:00.

Dominka Skutela
Realizator prowadzący Sprawę

POWYŻSZE ZMIANY SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.