
Dotyczy : Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych o wartości
wyższej niż 20 000 zł do 130 000 zł p.n.:

„DOSTAWA LAMPY RENTGENOWSKIEJ” – 1 szt.

Nr sprawy: **150610/2022**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanym pytaniem dot. opisu przedmiotu zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy :

Czy zamawiający dopuści lampę rentgenowską spełniającą wymagania specyfikacji natomiast z maksymalną mocą 35W?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza lampę rentgenowską spełniającą wymagania specyfikacji z maksymalną mocą 35W

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

Sylwia Angowska