

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Głowica lasera argonowego

MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
<p>Głowica lasera argonowego trzyliniowego o długościach fali 458 nm, 488 nm oraz 515 nm.</p> <p>Laser stanowi wyposażenie do mikroskopu konfokalnego Olympus FLUOVIEW FV1000 i winien być z nim kompatybilny</p>