



## SPECYFIKACJA

### I. Opis przedmiotu zamówienia

przedmiotem zamówienia jest **naprawa 3. przyrządów pomiarowych:**

- 1) **konduktometr CC-401** – błędne wskazania
- 2) **konduktometr CC-317** – ruchome gniazdo BNC, brak styku z elektrodą konduktometryczną
- 3) **pH-metr CP-411** – nie działa mimo włożenia nowej baterii, czuć zapach spalenizny

Przyrządy znajdują się w Budynku Instytutu Fizyki, ul. Uniwersytecka 4, Katowice,  
Dział Techniczny – Sekcja Eksploatacji (pom. centrali telefonicznej).

Osoba do kontaktu: Eugeniusz Gołębecki

Tel.: 32 359 1473; eugeniusz.golebecki@us.edu.pl

### II. Oferta cenowa:

cena naprawy trzech ww. pH-metrów: ..... zł netto


.....zł brutto

Cena naprawy obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu prawidłowego wykonania usługi.

Termin gwarancji: .....

III. Proponowany termin wykonania usługi: 7 dni od dnia otrzymania „zamówienia”.

Specyfikację sporządził:

  
Eugeniusz Gołębecki  
Tel. 32 359 1473