



Katowice dn. 21 września 2010 r.

I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/66/10

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 193 000 € na **dostawę systemu do depozycji suchej i mokrej.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1 Pytanie:

Czy dopuszczacie Państwo możliwość dostawy bilansomierza opisanego w p. 5 załącznika nr 2 do SIWZ z krótszym przewodem sygnałowym o dł. 25m? Jaka będzie faktyczna odległość od miejsca instalacji bilansomierza do miejsca, w którym umieszczony będzie układ gromadzenia danych (odległość po trasie kablowej)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę bilansomierza opisanego w p.5 załącznika nr 2 do SIWZ z kablem nie krótszym niż 25m. Odległość pomiędzy bilansomierzem a układem gromadzenia danych wynosi 20-25m (w zależności od ostatecznych rozwiązań Wykonawcy).

2 Pytanie:

Czy w punkcie 3.4.3 załącznika nr 2 do SIWZ zamiast zapisu „pomiar intensywności opadu deszczu” nie powinno być „pomiar intensywności opadu gradu”?

Odpowiedź:

Prawidłowa treść p. 3.4.3. załącznika nr 2 do SIWZ brzmi: "pomiar intensywności opadu gradu"

3 Pytanie:

Czy lokalizacja pobornika depozycji suchej i mokrej umożliwi jego zasilanie ze stałego źródła zasilania (jak dla pozostałych elementów systemu)?

Odpowiedź:

W dwóch lokalizacjach możliwe jest zasilanie ze stałego źródła napięcia. Wykonawca powinien zapewnić komplet baterii/akumulatorów do zasilania co najmniej jednego pobornika.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust.4 w związku z ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa **27.09.2010 o godzinie 10:30**

Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.69

Termin związania ofertą wynosi **30** dni i upływa **26.10.2010 r.**

Otwarcie ofert nastąpi **27.09.2010 r. o godzinie 12:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.61

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Specjalista
Aneta Knapik

.....
Sekretarz Komisji Przetargowe