



Katowice, dnia 23.10.2019r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
ul. Bankowa 12  
40-007 Katowice  
tel. (032) 359 19 24

### Wyjaśnienia treści SIWZ II

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro, pn. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych” nr spr. DZP.381.093.2019.DW.

---

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie Wykonawcy – dotyczy cz. B Homogenizator:**

*Ze względu na to, że sprzęt jest produkowany w USA, czy Zamawiający dopuści sonotrody o wymiarach:*

- 1/2 cala 12,7mm 1/8 cala 3,2mm
- Czy Zamawiający dopuści moc 125W
- Czy Zamawiający dopuści częstotliwość pracy 20 kHz

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza możliwości pracy sonotrod przy częstotliwości pracy 20kHz. Dopuszczalną częstotliwością w tym wypadku jest jedynie 30kHz.

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) sonotrody o wymiarach 1/2 cala 12,7mm 1/8 cala 3.2mm oraz Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) moc 125W.

- II. Wyjaśnienia są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

*mgr Justyna Rutkowska-Zawada  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej*

*mgr Kalina Rożek  
Przewodniczący Komisji Przetargowej*