



UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Katowice, dnia 10.08.2018 r.

ul. Bankowa 12,  
40- 007 KATOWICE  
NIP 634-019-71-34;  
REGON 000001347

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**  
**NR DZP.381.074.2018.DW**

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA –  
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA –**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.074.2018.DW** o wartości zamówienia poniżej kwoty 221.000 €, pn. „**Dostawa tokarki CNC, frezarki CNC – centrum obróbczego wraz z montażem w obiekcie Uniwersytetu Śląskiego**”.

---

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „*ustawą Pzp*”, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w art. 38 ust. 1 ww. ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ponieważ Zamawiający postanowił udzielić wyjaśnień, zobowiązany jest udzielić ich niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

szanowni Państwo,

Prosimy o udzielenie dodatkowych informacji dot. Przedmiotu zamówienia określonego w części „B” umieszczonej w załączniku nr. 2 do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, p.n.: „Dostawa tokarki CNC, frezarki CNC - centrum obróbczego wraz z montażem w obiekcie Uniwersytetu Śląskiego” nr sprawy: DZP.381.074.2018.DW.

W sekcji „Dane techniczne” Zamawiający określił parametr:

WYMIARY : 1500 mm x 2000 mm x 2500 mm +- 5%

Pytanie do Zamawiającego:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego parametru do wartości:

WYMIARY: 2200 mm x 1650 mm x 2200 mm +- 15%

Lub zgodę na całkowite pominięcie tego wymagania.

**Uzasadnienie:**

Poddajemy w wątpliwość aby określenie parametru „Wymiary” dla konkretnych wartości z tolerancją +/- 5% wpływało w jakikolwiek sposób na funkcjonalność urządzenia, co więcej w sytuacji zgodności pozostałych istotnych parametrów użytkowych urządzenia.

Nie precyzyjnie określono również wartości wymiarów, np. czego dotyczy wymiar o wartości 1500 mm. Czy jest to szerokość, długość czy wysokość? W przypadku traktowania szerokości urządzenia jako 1500 mm, to przy określonych wymaganych wymiarach stołu 900x250 mm i wymaganym zakresie przesuwu stołu w osiach X, Y, Z: wynoszących odpowiednio 450 x 260 x 380 mm podnosimy wątpliwość możliwości uzyskania takich parametrów przy szerokości zewnętrznej urządzenia wynoszącej jedynie 1500mm.

Określenie „wymiary” jest również nieprecyzyjne i może wprowadzać oferenta w błąd, gdyż Zamawiający nie doprecyzowuje czy chodzi o wymiary zewnętrzne maszyny wraz z osłonami, czy interpretować należy wymiary samego korpusu, maszyny z osłonami czy maszyny razem z dodatkowym opakowaniem ochronnym tj. wymiary transportowe?

Co więcej jako dodatkowe uzasadnienie naszych wątpliwości podnosimy, iż w przypadku kiedy możliwości lokalowe (tzn. miejsce przeznaczone do posadowienia maszyny) zapewnia możliwość usytuowania większego urządzenia o podobnych lub lepszych parametrach funkcjonalnych to ograniczanie wymiarów urządzenia do konkretnych wskazanych wartości z tolerancją jedynie 5% jest nieuzasadnione, a jeśli jest to dalej wymagane, może być traktowane jako niejednoznaczne wskazanie konkretnego modelu urządzenia oferowanego przez jednego lub mocno ograniczoną ilość podmiotów gospodarczych co z kolei odbija się negatywnie na zachowaniu warunków uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź:**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- 1) W załączniku nr 2 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w zakresie części „A” wykreśla się następujące dane techniczne:  
„wymiary: 2000 mm x 2000 mm x 1600 mm +-5%”
- 2) W załączniku nr 2 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w zakresie części „B” wykreśla się następujące dane techniczne:  
„wymiary: 1500 mm x 2000 mm x 2500 mm +-5%”

**POWYŻSZE ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

ZATWIERDZAM:

Z-CA KANCLERZA

ds. Administracyjnych i Zarządzania Mieniem

mgr Krystyna Fus