

UNIwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Uczestnicy postępowania

II ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 200 000 euro na **dostawę urządzeń laboratoryjnych** (numer postępowania: DZP.381.157.2012.DW)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:

- 1) W zakresie części **A** – Stanowisko pompowe – zestaw pompy turbomolekularnej z pompą rotacyjną;
- 2) W zakresie części **B** – Pompa membranowa – 1 szt.;
- 3) W zakresie części **C** – Wirówka stołowa laboratoryjna z wyposażeniem – 1 szt.;
- 4) W zakresie części **D** – Mini-wirówka laboratoryjna – 1 szt.;
- 5) W zakresie części **E** – Wyrząsarka do mikroplątek z wyposażeniem – 1 szt.;
- 6) W zakresie części **F** – Wyrząsarki – 3 szt.;
- 7) W zakresie części **G** – Wyrząsarka orbitalna z platformą – 1 szt.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), w związku z pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania dotyczą części A postępowania - Stanowisko pompowe - zestaw pompy turbomolekularnej z pompą rotacyjną:

Pytanie 1)

Czy Zamawiający dopuszcza wyposażenie zestawu pompowego w pompę typu Scroll suchą zamiast pompy rotacyjnej olejowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wyposażenie zestawu pompowego w pompę typu Scroll suchą zamiast pompy rotacyjnej olejowej pod warunkiem, że pompa wspomagająca pompę turbomolekularną będzie miała wydajność zapewniającą osiągi wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2)

Czy Zamawiający zaakceptuje próżnię końcową na poziomie 5×10^{-7} Pa?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania stanowiska pompowego o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, zatem nie dopuści możliwości zaoferowania stanowiska pompowego o ww. parametrze.

Pytanie 3)

Czy Zamawiający zaakceptuje wymiar: głębokość urządzenia 453 mm zamiast podanego 450 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o zaproponowanych powyżej wymiarach.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie

Aneta Knapik

.....
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej: