



Katowice dn. 9 września 2010 r.

## **II ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/60/10

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 193 000 € na **DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO** Z DOPUSZCZENIEM SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ZGODNIE Z PONIŻSZYM PODZIAŁEM:  
W ZAKRESIE CZĘŚCI A – KOMPLETNY SYSTEM DO AUTOMATYCZNEGO SEKWENCJONOWANIA DNA 1 SZT.;  
W ZAKRESIE CZĘŚCI B – POMPA PRÓŻNIOWA 1 SZT.; W ZAKRESIE CZĘŚCI C – POMPA PERCYKLICZNA 1 SZT.;  
W ZAKRESIE CZĘŚCI D – ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWE 2 SZT.; W ZAKRESIE CZĘŚCI E – TERMOSTAT ŁĄŻNIOWY Z CHŁODZIENIEM 1 SZT.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania do części D – Urządzenia termiczne – zamrażarki niskotemperaturowe szt. 2

### **1 Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby wartość temperatury panującej w zamrażarce była wyświetlana na wyświetlaczu panelu sterowania z dokładnością 0,1°C?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, aby wartość temperatury panującej w zamrażarce była wyświetlana na wyświetlaczu panelu sterowania z dokładnością 0,1°C.

### **2 Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia butli CO<sub>2</sub> do systemu back-up wraz z dostawą zamrażarek? Czy z uwagi na fakt dużej pojemności zamrażarek, butla o wadze minimum 30 kg do każdej z zamrażarek niezależnie, będzie dla Zamawiającego wystarczająca?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia butli CO<sub>2</sub> do systemu back-up.

### **3 Pytanie:**

Proszę o doprecyzowanie czy system awaryjnego podtrzymywania temperatury (system back-up) ma być zintegrowany z zamrażarką oraz sterowany bezpośrednio z panelu sterowania zamrażarki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, aby system awaryjnego podtrzymywania temperatury (system back-up) był zintegrowany z zamrażarką oraz sterowany bezpośrednio z panelu sterowania zamrażarki

**4 Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby w zamrażarkach była możliwość regulacji wysokości półek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, aby w zamrażarkach była możliwość regulacji wysokości półek. Zamawiający wymaga, aby komora dzielona była na 4-5 niezależnych sekcji zamykanych izolowanymi termicznie drzwiami wewnętrznymi każda.

**5 Pytanie:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w system stelaży bez wysuwanych półek, przeznaczonych do przechowywania pudełek? – oferowane rozwiązanie spełnia równoważne funkcje z wymaganymi, ponadto jest korzystniejsze ze względu na brak posiadania ruchomych elementów (wysuwane półki), które w przypadku zamrażarek niskotemperaturowych mają tendencje do przymarzania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarek wyposażonych w systemem stelaży bez wysuwanych półek, przeznaczonych do przechowywania pudełek

**6 Pytanie:**

Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga, aby pudełka były dostarczone wraz z dostawą zamrażarki? Jeżeli tak, proszę o informację czy pudełka o wysokości 5 cm będą spełniały oczekiwania Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, aby pudełka były dostarczone wraz z dostawą zamrażarki

**7 Pytanie:**

Ile pudełek ma być dostarczonych wraz z dostawą zamrażarek? Proszę o podanie liczby pudełek wymaganej do 1 zamrażarki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia pudełek.

**8 Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby wewnętrzne drzwiczki zamykające poszczególne sekcje zamrażarki były domykane magnetycznie do ramy i posiadały niezależne uszczelki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, aby wewnętrzne drzwiczki zamykające poszczególne sekcje zamrażarki były domykane magnetycznie do ramy i posiadały niezależne uszczelki.

## 9 Pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarek niskotemperaturowych, których panel sterowania jest blokowany przed dostępem niepowołanych osób poprzez wciśnięcie odpowiedniej kombinacji przycisków na panelu sterowania, znanej tylko użytkownikom zamrażarki, w miejsce zabezpieczenia sterownika hasłem?

## Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarek niskotemperaturowych, których panel sterowania jest blokowany przed dostępem niepowołanych osób poprzez wciśnięcie odpowiedniej kombinacji przycisków na panelu sterowania, znanej tylko użytkownikom zamrażarki, w miejsce zabezpieczenia sterownika hasłem

## 10 Pytanie:

Proszę o doprecyzowanie, czy w celu łatwiejszej identyfikacji stanów alarmowych Zamawiający wymaga, aby każdy alarm był reprezentowany oddzielną, opisaną diodą znajdującą się na panelu sterowania, informującą o 1 konkretnym stanie alarmowym?

## Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby każdy alarm był reprezentowany oddzielną, opisaną diodą znajdującą się na panelu sterowania, informującą o 1 konkretnym stanie alarmowym.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.**

Specjalista  
*Aneta Knapik*

.....  
Sekretarz Komisji Przetargowej

Uniwersytet Śląski  
Biuro Projektu POIG ZiZOZap  
ul. Bankowa 5  
40-007 Katowice

tel. 32 359 22 29  
faks 32 258 77 37  
www.zizozap.us.edu.pl  
e-mail: zizozap.biuro@us.edu.pl



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY

