



UNIwersytet ŚLĄSKI

Dział Zamówień Publicznych

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. /032/ 359 1381, 359 1379
fax. /032/ 359 2048

II ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/65/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 206 000 € na:

DOSTAWĘ APARATURY LABORATORYJNEJ:

Z DOPUSZCZENIEM SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ZGODNIE Z PONIŻSZYM PODZIAŁEM:

W ZAKRESIE CZĘŚCI A – MIERNIKI; W ZAKRESIE CZĘŚCI B – APARATURA - DYGESTORIA; W ZAKRESIE CZĘŚCI C – APARATURA - WIRÓWKA; W ZAKRESIE CZĘŚCI D – APARATURA – APARAT DO ELEKTROFOREZY; W ZAKRESIE CZĘŚCI E – APARATURA -WIRÓWKA; W ZAKRESIE CZĘŚCI F – URZĄDZENIA DOZUJĄCE; W ZAKRESIE CZĘŚCI G – URZĄDZENIA TERMICZNE.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

DOTYCZY CZĘŚCI B - APARATURA - DYGESTORIA

1. Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści w zamian za ofertę na destylator (energochłonny i mało skuteczny w uzdatnieniu wody) – ofertę na nowoczesny system uzdatniania wody oparty na filtracji i wymianie jonowej – produkujący wodę przewodności 0,1 -1 uS/cm, użyciu energii na poziomie 50W (zasilanie jednofazowe). Prosimy o podanie parametrów docelowej wody produktu – czystość chemiczna (przewodność) oraz mikrobiologiczna (poziom bakterii) oraz zużycie na dobę (system może posiadać zbiornik wody uzdatnionej) w celu dobrania najlepszego aparatu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający NIE wyraża zgody na zmianę przedmiotu zamówienia

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Sekretarz Komisji Przetargowej:

Aneta Knapik