



**UNIwersytet ŚLĄSKI**

**Dział Zamówień Publicznych**

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

tel. /032/ 359 1381, 359 1379

fax. /032/ 359 2048

**II ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

**Uczestnicy postępowania nr RU/DW/96/09**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 206 000 € na:

**DOSTAWA URZĄDZEŃ TERMICZNYCH:**

Z DOPUSZCZENIEM SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ZGODNIE Z PONIŻSZYM PODZIAŁEM:

w zakresie części A – 1. aparat do wyznaczania temperatury – 1 szt., 2. wyparka próżniowa – 1 szt.; w zakresie części B - płyta grzejna - 1 szt.; w zakresie części C - łaźnia wodna termostatowana - 1 szt.; w zakresie części D – termocykler – 2 szt.; w zakresie części E – termoblok podwójny – 1 szt.; w zakresie części F – termostat – 1 szt.; w zakresie części G – ciepłarka – 2 szt.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**DOTYCZY CZĘŚCI C - łaźnia wodna termostatowana 1 szt.**

**1. Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik szklany o wymiarach 26 x 16 x 5 cm.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

TAK, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zbiornika szklanego o wymiarach 26 x 16 x 5 cm.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

**Specjalista**  
**Aneta Knapik**

.....  
Sekretarz Komisji Przetargowej: