

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

DZIAŁ LOGISTYKI

40-007 KATOWICE UL.BANKOWA 12

W związku z planowanym zakupem dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

Sprężarka powietrza do spektrometru ASA Solaar M6 do części płomieniowej:

- bezolejowa
- z odstojnikiem, filtrem i regulaorem
- ciśnienie wyjściowe co najmniej 2,1 bar
- przepływ co najmniej 8l/min

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo kompatybilności wystawione przez autoryzowany serwis producenta spektrometru Solaar M6.

Uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej wraz z dokumentem KRS do dnia 10-07-2012 r. z podaniem ceny, terminu realizacji zamówienia, warunków dostawy i płatności faktury.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną (wymienioną w dokumencie KRS albo zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

Powyższa oferta może być przesłana e-mailem, oryginał począ wraz z dokumentem KRS.

Sprawę prowadzi Mariusz Malecki tel.32/3592245 e-mail:mariusz.malecki@us.edu.pl

Dot.100039049.