

Uniwersytet Śląski

Dział Logistyki

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

W związku z planowanym zakupem dla Uniwersytetu Śląskiego następującego sprzętu:

-Sterylizator parowy

- średnica komory 210mm do 250mm
 - wysokość komory 320mm do 350mm
 - pojemność komory co najmniej 9 Litrów
 - temperatura sterylizacji 121 C
 - minimalny czas sterylizacji 22 min.
 - ciśnienie sterylizacji 1,05 bar
 - wymagana ilość wody destylowanej nie więcej niż 1 litr
 - blokada zabezpieczająca przed otwarciem w czasie pracy
 - koszyk do sterylizacji w wyposażeniu
- np. Clasic 2100-47 Prestige Medical

Uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 14.12.2012r. oferty na w/w urządzenie z podaniem cen netto i brutto, terminu realizacji zamówienia, gwarancji oraz warunków dostawy i płatności faktury. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną ,która spełnia powyższe wymagania. Proszę do oferty dołączyć dokument KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Oferta może być przesłana mailem na adres:mariusz.malecki@us.edu.pl.

Sprawę prowadzi Mariusz Małecki tel.032 3592245

DOT.45133