

Katowice, 13.07.2017r.

**Pytania OFERENTÓW oraz odpowiedzi ZAMAWIAJĄCEGO**

**do zapytania ofertowego nr: 96446/2016**

---

**Pytanie nr 1.**

Czy Zamawiający dopuści stetoskop typu kardiologicznego w innym kolorze np. Rainbow Edition lub Black Edition? Rozwiązanie tożsame z wymaganym nie wpływające na parametry użytkowe sprzętu.

Czy Zamawiający nie popełnił czasem omyłki w średnicach membran? Według naszej wiedzy powinno być: Średnica dużej membrany 47 mm, a małej 37 mm.

---

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga STETOSKOPU KARDIOLOGICZNEGO np.: *3M Littmann Cardiology III (III edycja) lub równoważne*. Stetoskop powinien posiadać dwie dwutonowe membrany (tzw. membrany pływające) oraz podwójne światła przewodu doprowadzane do liry. Głowica dwustronna obrotowa. Średnica małej membrany powinna mieć min. 33 mm, średnica dużej membrany powinna mieć min. 43 mm. Mała membrana musi być wymienialna na lejek. Na lirze oliwki typu miękkiego samoczyszczelniające się. Długość stetoskopu ok. 69 cm. Waga ok. 190 g. W zestawie muszą znajdować się dodatkowe akcesoria w postaci obwódki na lejek. Kolor stetoskopu dowolny.

Roman Kopiec