

**Opis przedmiotu zamówienia***Załącznik nr 2B***Część B– Regulator temperatury zgodnie z załącznikiem nr 2B do SIWZ.**

l.p.	Opis urządzenia	Ilość	Nazwa oferowanego urządzenia (model, typ, numer katalogowy producenta, jeżeli istnieje), nazwa producenta.	Parametry techniczne oferowanego urządzenia	Indeks
1	Regulator temperatury typu Shimaden FP 23 SSVN0060070 lub równoważny – zasilanie w zakresie 100-240V AC, tryb pracy PID z autotuningiem ,komunikacja RS232C,możliwość programowania minimum 20 programów po minimum 400 kroków.	1			16319 Część B