

Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34
REGON 000001347

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/71/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości 193 000 € na: **dostawę kamery termowizyjnej z wyposażeniem – 1 szt.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, jaki wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza kamerę termowizyjną z polem widzenia (FOV) o wartości 21° ?

1. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza kamery termowizyjnej z polem widzenia (FOV) o wartości 21°.

2. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza kamerę termowizyjną z obrazowaniem rzeczywistym z częstotliwością próbkowania 60 Hz?

2. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza kamery z częstotliwością próbkowania poniżej 100 Hz.

3. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza kamerę termowizyjną z szerokością pasma spektralnego 8 – 14 μm?

3. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza kamerę termowizyjną z szerokością pasma spektralnego 8 – 14 μm.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 oraz 4a Ustawy zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia

o zamówieniu – Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ oraz zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

1. W załączniku nr 2 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia, zmianie ulega punkt 10, który przyjmuje brzmienie:

Szerokość pasma spektralnego: 7,5 – 14 μm .

w miejsce zapisu:

Szerokość pasma spektralnego 10 μm .

2. W rozdziale IX SIWZ ust. 1 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

KRYTERIUM	ZNACZENIE
Cena	80 %
Rozdzielczość optyczna: min. 160 x 120 pikseli i więcej	10 %
Częstotliwość próbkowania: min. 120 obrazów/s i więcej	10 %

w miejsce zapisu:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

KRYTERIUM	ZNACZENIE
Cena	80 %
Rozdzielczość optyczna: min. 160 x 120 pikseli i więcej	5 %
Częstotliwość próbkowania: min. 120 obrazów/s i więcej	5 %
Szerokość pasma spektralnego: min. 7,5 – 13 μm i więcej	10 %

3. W rozdziale IX SIWZ ust. 4 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

Za zaoferowanie kamery przynajmniej o parametrach technicznych określonych w ust. 1 Zamawiający przyzna łącznie 20 punktów (10 punktów za wskazaną rozdzielczość optyczną oraz 10 punktów za wskazaną częstotliwość próbkowania) oraz zsumuje je z ilością punktów przyznanych w kryterium – cena. W przypadku, gdy zaoferowana kamera nie będzie posiadała parametrów określonych w ust. 1, ale będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, oferta Wykonawcy nie zostanie odrzucona, ale otrzyma 0 punktów.

w miejsce zapisu:

Za zaoferowanie kamery przynajmniej o parametrach technicznych określonych w ust. 1 Zamawiający przyzna odpowiednio 5, 5 oraz 10 punktów oraz zsumuje je z ilością punktów przyznanych w kryterium – cena. W przypadku, gdy zaoferowana kamera nie będzie posiadała parametrów określonych w ust. 1, ale będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, oferta Wykonawcy nie zostanie odrzucona, ale otrzyma 0 punktów.

4. W załączniku nr 2 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia, zmianie ulega zapis dotyczący kryteriów oceny ofert, który przyjmuje brzmienie:

Powyższe parametry stanowią wymóg minimum. Jeżeli Wykonawca zaoferuje kamerę co najmniej o niżej wymienionych parametrach, Zamawiający przyzna za nie dodatkowe punkty, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w rozdziale IX SIWZ:

rozdzielczość optyczna: 160 x 120 pikseli (minimum) – 10 punktów,
częstotliwość próbkowania: 120 obrazów/s (minimum) – 10 punktów.

w miejsce zapisu:

Powyższe parametry stanowią wymóg minimum. Jeżeli Wykonawca zaoferuje kamerę co najmniej o niżej wymienionych parametrach, Zamawiający przyzna za nie dodatkowe punkty, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w rozdziale IX SIWZ:

rozdzielczość optyczna: 160 x 120 pikseli (minimum) – 5 punktów,
częstotliwość próbkowania: 120 obrazów/s (minimum) – 5 punktów,
szerokość pasma spektralnego: 7,5 ÷ 13 µm (minimum) – 10 punktów.

Pozostałe zapisy treści SIWZ nie ulegają zmianie.

Samodzielny Referent
mgr Łukasz Motyka
Z –ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej