

„Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część A – Szafy laboratoryjne

LP	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Nr indeksu	<p>Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony</p> <p><i>Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji. Wskazując w kolumnie z lewej strony wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien podać parametry oferowanych mebli w sposób jednoznacznie określony tj. na poziomie stałym (constans), mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od... do..., min., max.</i></p>
1	<p>SZAFKA BEZPIECZEŃSTWA</p> <p>Szafka bezpieczeństwa z drzwiami skrzydłowymi o ognioodporności min. 30 minut według Polskiej Normy PN-EN ISO 14470-1:2010 (<i>lub równoważnej</i>).</p> <p><u>Wymiary zewnętrzne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość: 1195 mm (+/-5%) • głębokość: 595 mm (+/-5%) • wysokość: 2075 mm (+/-5%) <p><u>Wymiary wewnętrzne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość: 1119 mm (+/-5%) 	W1/1-70315	

	<ul style="list-style-type: none"> • głębokość: 470 mm(+/-5%) • wysokość: 1600 mm (+/-5%) <p><u>Wyposażenie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • nóżki z możliwością regulacji poziomu, • 3 półki zamontowane na stałe, • 1 wanna wychwytowa, • 1 pokrywa na wannę zbiorczą . <p>Obudowa i drzwi wykonane z materiałów niepalnych w kolorze RAL 7035 (lub równoważny) malowane lakierem mikroperłowym.</p> <p>Drzwi mają posiadać pneumatyczne wspomaganie, nie wymagające zasilania, co ułatwia otwieranie i zamykanie. Standardowo mają zawierać system utrzymania skrzydeł drzwi w pozycji otwartej, dzięki czemu można wkładać i wyjmować pojemniki z szafy obiema rękami.</p> <p>Mebel ma posiadać mechanizm kontroli temperatury gwarantujący automatyczne zamknięcie i uszczelnienie drzwi w wypadku pożaru.</p> <p>Waga szafy: nie więcej niż 280 kg</p>		
2	<p>WENTYLATOR DO SZAF</p> <p>Panel wentylacyjny dachowy 1-wentylatorowy z termostatem montowany w płycie górnej szafy.</p> <p>Wyposażony w 1 wentylator i termostat, wyłącznik oraz zabezpieczenie antyprzepięciowe.</p> <p>Wentylatory należy zamontować do dwóch szaf bezpieczeństwa tj. na każdej szafie po 1 szt.</p>	W1/2-70315	

3	<p>Szafa na odczynniki chemiczne</p> <p><u>Wymiary zewnętrzne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wysokość:1950mm(+/-5%) szerokość:1200mm(+/-5%) głębokość:500 mm (+/-5%) <p><u>Wymiary wewnętrzne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wysokość:1844mm(+/-5%) szerokość:1112mm(+/-5%) głębokość:467 mm (+/-5%) <p><u>Wyposażenie szafy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 4 półki w kształcie wanien, 2 drzwi, półki w kształcie wanienki z możliwością przeniesienia w zakresie 25mm, drzwi z centralnym zamkiem cylindrycznym oraz otworami wentylacyjnymi. <p><u>Wymagania :</u></p> <p>Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości min. 1 mm.</p> <p>Korpus szafy zewnętrzny blacha stalowa malowana kolorem RAL 7035 (lub równoważny)</p> <p>Pojedyncze ściany szafy -kolor jasnoszary - każda z półek w kształcie wanienki zbiorczej o pojemności min. 20 litrów .</p> <p>Możliwość podłączenia do instalacji wentylacyjnej za pomocą króćca o średnicy 75 mm na dachu szafy.</p> <p>Waga szafy: nie więcej niż 100 kg</p>	W1/3-70315	
---	--	------------	--

.....
*data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawc*

Część B – Stoły laboratoryjne

LP	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Nr indeksu	<p style="text-align: center;">Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony</p> <p style="text-align: center;"><i>Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji. Wskazując w kolumnie z lewej strony wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien podać parametry oferowanych mebli w sposób jednoznacznie określony tj. na poziomie stałym (constans), mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od... do..., min., max.</i></p>
1	<p>Stół aparaturowy przyścienny</p> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • długość:1500mm (+/-5%) • szerokość:800mm(+/-5%) • wysokość:700mm (+/-5%) <p><u>Wymagania :</u></p> <p>Błat stołu typu postforming o grubości: min. 30 mm, na stelażach wzmacnianych typu A o profilach min. 40mm x 40mm, z nóżkami wykręcanymi umożliwiającymi poziomowanie stołu, na środku (pod spodem) stołu zamocowany wspornik zapobiegający uginaniu blatu.</p> <p>Kolor stelaży szary, malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową</p> <p>Przy stołach z prawej strony należy zamontować na stałe po jednej szafce .</p> <p><u>Stół wyposażony w:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 szafki z 3 szufladami kolor - szary, • przy każdej szafce zamontowany zamek patentowy- centralny. 	W1/1-71028	

Wymiary szafek:

- głębokość: 720 mm(+/-5%)
- szerokość: 600 mm(+/-5%)
- grubość płyty laminowanej min . 18 mm.

Kolor do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu paletę co najmniej ośmiu kolorów blatu w tym dwa odcienie szarego.

.....
*data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*