

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

DZIAŁ LOGISTYKI

UL.BANKOWA 12

40-007 KATOWICE

W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM ZAKUPEM DLA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH:

1. **Destylarka** profesjonalna do wody DE-20

Wydajność 18 litrów/godzinę.

Zasilanie trójfazowe 3x400V.

Chłodzenie wodą wodociągową.

Wtyczka oraz gniazdo zewnętrzne w dostawie urządzenia.

Woda spełnia kryteria wody klasy III wg normy PN-EN ISO 3696:1999.

Dot.1000038628

2. **Wolnostojący destylator** o wydajności 10dm sześciennych/godzinę, przystosowany do pracy ciągłej, o zużyciu wody do 150 dm³/godzinę. Wszystkie części stykające się z wodą lub parą wodną muszą być wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte warstwą czystej cyny.

Chłodnica destylatora musi mieć wbudowany deflegmator zabezpieczający przed przedostaniem się nieodparowanych cząstek wody do destylatu. Destylator musi być wyposażony w regulator przepływu wody, który utrzymuje strumień objętości wody zasilającej na takim samym poziomie, aby przy wydajności normalnej destylatu zużycie było najmniejsze.

Musi być wyposażony w następujące urządzenia zabezpieczające:

* Czujnik ciśnienia powodujący wyłączenie rezystorów grzejnych przy spadku ciśnienia wody zasilającej poniżej dopuszczalnego, przy prawidłowej pracy destylatora

* Rezystancyjny czujnik poziomu wody, wyłączający rezystory grzejne w razie obniżenia się poziomu wody w kotle

Dot.1000039530

Uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej wraz z dokumentami KRS do dnia 11-09-2012r.z podaniem ceny, terminu realizacji zamówienia, warunków dostawy i płatności.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną(wymieniona w dokumencie KRS)

Oferta może być przesłana e-mailem, oryginał pocztą wraz z dokumentem KRS.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną, która spełnia powyższe wymagania.

Sprawę prowadzi Mariusz Małecki tel.032 3592245,e-mail:mariusz.malecki@us.edu.pl

Z poważaniem Mariusz Małecki