

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Doposażenie układu pomiarowego PPMS-7.

INDEX: 37309_1

NAZWA ZAMAWIANEGO URZĄDZENIA:	ILOŚĆ
Skraplarka helu gazowego współpracująca z układem PPMS (Physical Properties Measurement System) produkcji Quantum Design wraz montażem do posiadanego przez nas PPMS-7T. Model QD-P960 lub równoważny. MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE: Wydajność skraplania rzędu 10l/24h ciekłego helu	1 SZT.

Skraplarka musi być kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem: Physical Properties Measurement System PPMS-7 produkcji Quantum Design.

INDEX: 37330_1

NAZWA ZAMAWIANEGO URZĄDZENIA:	ILOŚĆ
Kompresor do skraplarki współpracującej z układem PPMS-7T Zamawiający dopuszczamy chłodzenie wodne i/lub powietrzne. Model QD-P960-C lub równoważny.	1 SZT.

Kompresor musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem: Physical Properties Measurement System PPMS-7 produkcji Quantum Design.