

## CZĘŚĆ C

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wirówka stołowa laboratoryjna z wyposażeniem – 1 szt. typ MPW 223e lub równoważna

#### Wymagane parametry techniczne:

- Maksymalne obroty: 4000/5000 obr./min,
- Przyspieszenie maksymalne: 2320/3300 x g
- Pojemność: max. 500/180 ml
- Czas wirowania: 1÷ 99 min
- Wymiary wirówki: 435 x 355 x 270 mm

#### Wyposażenie:

- Wirnik horyzontalny: 4 x 100 ml,
- Pojemnik metalowy do wirnika
- Podkładka pod pojemnik metalowy do wirnika
- Probówki plastikowe do wirówki: objętość 100 ml, 1 opakowanie (4szt.) z pokrywą

Minimalny okres gwarancji na oferowane urządzenie: 24 miesiące.

Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej, ul. Będzińska 60,  
41-200 Sosnowiec

***Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna urządzenie, którego parametry techniczne i funkcjonalne nie będą gorsze niż te, które zostały wskazane powyżej.***

***Podaną nazwę należy traktować tylko przykładowo w celu lepszej orientacji Wykonawców, co do jakości zamawianego urządzenia.***