

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr RU/DW/02/12 pn.:
„DOSTAWA URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH”
w zakresie części B

Rejestrator temperatury i wilgotności SZT.3

Typ: AZ 8829 lub równoważny

Parametry techniczne:

1. Kompatybilny z programatorem USB AZ8824 i właściwym mu oprogramowaniem pod Windows
2. zapis do 16000 danych (po 8000 dla kanału rejestracji)
3. wodoodporny
4. wyświetlacz LCD temp. i RH
5. dioda rejestracji.
6. dioda ALARM
7. rejestracja temperatury i wilgotności
8. zakres T: -40 do +85 st. C
9. zakres RH: 0-100%
10. rozdzielczość T: 0,1 st. C
11. rozdzielczość RH: +/- 3%
12. dokładność: 0,6 st. C (w zakresie -20 do +50 st. C)
13. pojemność: 16,000 próbek - po 8.000 na T i RH