

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oscyloskop laboratoryjny Agilent serii DSOX-3054A lub równoważny - 1 szt.

Parametry:

1. Pasmo częstotliwości: 0-500 MHz.
 2. 4 kanały wejściowe.
 2. Częstotliwość próbkowania minimum 4 GS/s.
 3. Odświeżanie sygnałów (update rate) do 1.000.000 razy/sek.
 4. Wbudowany generator funkcyjny o częstotliwości 0.1Hz-20 MHz
-