



*Załącznik nr 2*

	<b>Opis przedmiotu zamówienia</b>	
Lp	<b>Część A - drobny sprzęt laboratoryjny</b>	Ilość
1.	Mieszadło magnetyczne z czujnikiem temperatury z grzaniem typ Mr Hei-Standard w zestawie z termometrem EKT Hei-Con, uchwytem i statywem o parametrach: max prędkość 1400 obr/min., zakres temp.do 300 st.C, max objętość płynu - 20l, płyta z Kera-Disk, moc grzania 800 W 1. Jak najdłuższy okres gwarancji min.36 m-cy 2. Oferent powinien posiadać serwis autoryzowany przez producenta oferowanego sprzętu, poświadczony odpowiednim dokumentem dołączonym do oferty	1.
2.	<b>Część B-</b>  Płyta grzewcza żeliwna, Fe12 śr 12cm max temp.+500 stopini C	1.
3.	<b>Część C-</b> Mieszadło mechaniczne R-50 bez wyświetlacza,50-1600 obr/min, Dodatkowe parametry wymagane: max obj. pracy [l] – 100, moc [W] – 85, max obroty [Ncm] – 50.	2.
4.	<b>Część D -</b> czasza grzewcza do kolby 50ml, przystosowana do pracy z mieszadłem magnetycznym SZT.1 czasza grzewcza do kolby 50ml SZT.3 Czasza grzewcza do kolby 100ml SZT.5 Czasza grzewcza do kolby 100ml SZT.1 Czasza grzewcza do kolby 250ml SZT.5 Czasza grzewcza do kolby 4000ml SZT.2 regulator mocy, typ RM01g, max. obciążenie regulatora: 1000W, zakres regulacji mocy: 0-100%, napięcie zasilania 220V, zasada regulacji: regulacja szerokości impulsów (PWM) z załączaniem obciążenia w zerze SZT.4	