



Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2E

Lp	Opis	Ilość
1.	<p>Jednowiązkowy spektrofotometr UV-VIS</p> <p>Dane techniczne</p> <ul style="list-style-type: none">· zakres długości fali: 190 - 1100 nm· siatka dyfrakcyjna (1200 l/mm)· dokładność dł. fali: +/- 2 nm· powtarzalność dł. fali: +/- 1 nm· szerokość spektralna : 4 nm· zakres pomiarowy: 0 – 3,000A (0 – 125%, 0-9999C)· dokładność fotometryczna: +/- 0,004 A przy A=0,5· powtarzalność fotometryczna: +/- 0,003A przy A=0,5· stabilność: <0,002 A/h· światło rozproszone: < 0,3% T· 2 x RS 232 do komputera i drukarki· wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD VGA odporny na zachłapanie· cztero pozycyjny uchwyt na kuwety 10 mm· wbudowane oprogramowanie do analizy ilościowej <p>Dostawa z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi przyrządu.</p> <p>Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2010</p> <p>Czas realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy</p>	1