

„Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem”
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI

LP	Przedmiot zamówienia	Nr indexu	<p style="text-align: center;">Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony</p> <p><i>W celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaofertowane, Wykonawca powinien podać parametry oferowanych mebli w sposób jednoznacznie określony tj. na poziomie stałym (constans), mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od... do..., min., max.</i></p>
1	<p>Stół laboratoryjny <u>Wymiary:</u> długość: 1400 mm (+/-1%) głębokość: 700 mm (+/-1%) wysokość: 900 mm (+/-1%) <u>wymagania:</u> Stelaż typu A z profili min. 30 mm, pod blatem rama z profili min.30 mm, na tylnej ścianie również rama wzmacniająca z profili min.30 mm. Stelaże ze stopkami samopoziomującymi. Konstrukcje metalowe malowane proszkowo w kolorze szarym (odcień koloru do ustalenia po zawarciu umowy). Błat konglomerat kwarcowo – granitowy o grubości min.20 mm w kolorze szarym (odcień koloru do ustalenia po zawarciu umowy). Pełne szafki z półkami zamykanymi na klucz, z szufladami z prowadnicą 100% (szerokość szafek 600mm i szuflad 800mm) kolor laminatu frontów i stelażu dostosowany do pozostałych mebli (niebieski - front, szary -korpus)</p>	W1/1-85423	

2	<p>Stół laboratoryjny</p> <p>wymiary: długość: 1500 mm (+/-1%) głębokość: 500 mm (+/-1%) wysokość: 900 mm (+/-1%)</p> <p>wymagania: Stelaż typu A z profili min.30 mm, pod blatem rama z profili min.30 mm, na tylnej ścianie również rama wzmacniająca z profili min. 30 mm. Stelaże ze stopkami samopoziomującymi. Na bocznych ściankach stelaża płyta osłonowa z blachy o grubości min.1 mm. Konstrukcje metalowe malowane proszkowo w kolorze szarym. Blat konglomerat kwarcowo – granitowy o grubości min. 20 mm w kolorze szarym (odcień do ustalenia po zawarciu umowy). Zabudowa lewa strona miejsce do siedzenia min. 600 mm, prawa strona szafka z 4 szufladami zamykanymi na zamek centralny. Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości min.18 mm, w kolorze szarym, przody szuflad w kolorze żółtym z uchwytami metalowymi w kolorze szarym (odcień koloru do ustalenia po zawarciu umowy)</p> <p>wymiary szafki : szerokość: 800 mm (+/-1%) głębokość: 400 mm (+/-1%) wysokość: 650 mm (+/-1%) Szafka mocowana do stelaża. Wszystkie krawędzie oklejone okleiną PCV min. 2 mm.</p>	W1/2-85423	
---	--	------------	--

3	<p>Stół laboratoryjny</p> <p>wymiary: długość: 1200 mm (+/-1%) głębokość: 600 mm (+/-1%) wysokość: 900 mm (+/-1%)</p> <p>wymagania: Stelaż typu A z profili min.30 mm, pod blatem rama z profili min.30 mm, na tylnej ścianie również rama wzmacniająca z profili min. 30 mm. Stelaże ze stopkami samopoziomującymi. Na bocznych ściankach stelaża płyta osłonowa z blachy o grubości min.1 mm. Konstrukcje metalowe malowane proszkowo w kolorze szarym (odcień koloru do ustalenia po zawarciu umowy). Blat konglomerat kwarcowo- granitowy o grubości min. 20 mm w kolorze szarym (odcień koloru do ustalenia po zawarciu umowy). Zabudowa lewa strona miejsce do siedzenia 600 mm, prawa strona szafka z 4 szufladami zamykanymi na zamek centralny. Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości min.18 mm w kolorze szarym, przody szuflad w kolorze żółtym z uchwytami metalowymi w kolorze szarym (odcień kolorów do ustalenia po zawarciu umowy).</p> <p>Wymiary szafki : szerokość 500 mm (+/-1%) głębokość:500 mm (+/-1%) wysokość: 650 mm (+/-1%) Szafka mocowana do stelaża. Wszystkie krawędzie oklejone okleiną PCV 2 mm.</p>	W1/3-85423	
---	--	------------	--

.....
data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy