

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.P	Nazwa urządzenia	Liczba sztuk	Wymagana gwarancja Liczba miesięcy	Indeks
1.	Zasilacz awaryjny UPS dla elektronowego mikroskopu skaningowego Philips XL30 o maksymalnym poborze mocy 2,5 kWh; Moc zasilacza minimum 6 kVA; Dobra jakość napięcia na wyjściu, stabilne parametry bez względu na zakłócenia energetyczne; Wysoka odporność na wszelkie zakłócenia zgodna z normami EN.	1	Zgodnie z gwarancją producenta	42438
2.	Zewnętrzny bypass serwisowy	1	Zgodnie z gwarancją producenta	42438
3.	Dodatkowe 2 moduły bateryjne – czas podtrzymywania min. 30 min. przy obciążeniu 100%	1	Zgodnie z gwarancją producenta	42438
4.	Karta SNMP	1	Zgodnie z gwarancją producenta	42438
5.	Oprogramowanie	1		42438
6.	Okablowanie UPS-Bypass-Mikroskop (ok. 12 metrów)	1	Zgodnie z gwarancją producenta	
7.	Transport, montaż i uruchomienie instalacji przygotowanej wg zaleceń producenta. (miejsce dostawy: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, 41-200 Sosnowiec, Będzińska 60)	1	-	42438
8.	Przeszkolenie z zakresu obsługi (dla 2 osób - w miejscu instalacji)	1	-	42438