

## Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.170.2013.DW

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (parametry, elementy składowe w odniesieniu do wszystkich wymagań określonych w kolumnie po lewej stronie)	INDEKS
1	<b>Tabletkarka laboratoryjna</b>  Laboratoryjna tabletkarka jednostemplowa typu uderzeniowego wraz z modułem pomiaru i wyświetlania siły kompresji stempli. Wymagane parametry: - Maksymalna siła nacisku (kompresji): 50kN - Maksymalna średnica sprasowanej tabletki: 25mm - Maksymalna głębokość wypełnienia: 20mm - Maksymalna wydajność: 3600 tabletek/godz. - Szybkość pracy regulowana płynnie, bezstopniowo w zakresie co najmniej 10-60 cykli/min. - Zgodność z normami GMP - Sterowanie urządzeniem z poziomu panelu dotykowego – pełna automatyka - Możliwość wykorzystania standardowo dostępnych formatów oprzyrządowania: EURO B/D lub TSM B/D - Możliwość konfiguracji dozowania masy tabletkowej w zakresie objętości co najmniej 10ml-5litrów - Moduł pomiaru i wyświetlania siły nacisku (kompresji) stempli.	1 szt.		W1/1000051421

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna urządzenie, którego parametry techniczne i funkcjonalne oraz standardy jakościowe będą takie same lub lepsze w stosunku do sprzętu opisanego przez Zamawiającego powyżej.

Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji. Wskazując w załączniku nr 2 do SIWZ wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie urządzenie zostało zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie **podać parametry oferowanego urządzenia w sposób skonkretyzowany tj. na poziomie stałym (constans), mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od... do..., min., max.**