



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

Załącznik nr 2D do SIWZ nr [DZP.381.81.2015.DW](#)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ D**

**(nr indeksu: 1000067581)**

**Płuczka ultradźwiękowa -1szt.**

Myjka ultradźwiękowa o poj. ca. 1.6L, moc 300W, częstotliwość 35kHz, wym. wanny 150x135x100 (+/- 5%) mm z pokrywą i koszem

- Wymiary wanny 150x135x100mm +/- 5%
- wymiary urządzenia 165x150x245 +/- 5%
- pojemność zbiornika 1-1,6l
- masa 2kg
- napięcie zasilające 230V 50Hz
- częstotliwość ultradźwięków 35kHz  $\pm$  5% (opcja 25kHz)
- wyłącznik czasowy 1-15 min.
- wyłącznik termiczny 55°C