

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ A- Analogowa płyta grzejna – 1 szt.

PARAMETRY MINIMALNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH URZĄDZEŃ
Analogowa płyta grzejna – 1 szt. (nr indeksu: W1/1000076686)	Analogowa płyta grzejna – 1 szt.
- zasilanie: 230V, 50/60 Hz;	
- maks. temp.: 450 - 550 st. C;	
- moc: 500 - 700 W;	
- powierzchnia płyty: 250 X 250 lub 300 X 300 mm (+/- 5%);	
- ceramiczna; lub aluminiowa	
- sterowana mikroprocesorem;	
- lampka ostrzegawcza zapalająca się, gdy temperatura płyty przekracza 50°C.	

.....
Data i podpis

Wykonawcy:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ B- Automatyczny mikrotom rotacyjny – 1 szt.

PARAMETRY MINIMALNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH URZĄDZEŃ
Automatyczny mikrotom rotacyjny – 1 szt. (nr indeksu: WDB/1000076767)	Automatyczny mikrotom rotacyjny – 1 szt.
Zakres grubości skrawków 0,25-100 µm	
Zakres trymowania próbki 1-500 µm	
Możliwość ustawienia zakresu cięcia	
Różne tryby pracy: cięcie pojedyncze, ciągłe, do momentu przerwania	
Licznik skrawków	
Wyposażenie do cięcia preparatów zatopionych w twardych żywicach (Epon , LR White) a. holter do umocowania preparatów zatopionych w twardych żywicach b. holter do umocowania noża szklanego (45°) i diamentowego	
Możliwość rozbudowy o moduły do krojenia w żywicach miękkich oraz komorę mrożeniową (chłodzenie ciekłym azotem)	
<u>Specyfikacja szczegółowa</u>	
Mikrotom rotacyjny – z panelem sterującym wyposażony w uchwyt do noży szklanych i diamentowych, adapter na głowicę do mocowania preparatów, uchwyt do preparatów (preparaty o przekroju boczka prostokątnym lub okrągłym)	
Głowica stereoskopowa z zakresem powiększeń 6,3 - 40x	
Optyka parfokalna	
System modułowy dedykowany do pracy z obiektywami Plan i Planapo	
Obiektyw achromatyczny 0,63x, WD 148 mm	
Okulary 10x regulowane	
Łącznik ergonomiczny z regulacją kąta 5-25°	
Tubus binokularny 45°	
Uchwyt głowicy mikroskopu	

.....
Data i podpis Wykonawcy