

## CENTRUM MIKROSKOPII

01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 58

tel. 022 835 44 43; fax. 022 835 58 30

e-mail: [mikroskopy@mikroskopy.pl](mailto:mikroskopy@mikroskopy.pl)

[www.mikroskopy.pl](http://www.mikroskopy.pl)

Warszawa dnia 04.09.2009r.

**Uniwersytet Śląski**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
**ul. Bankowa 12**  
**40 – 007 Katowice**

Dotyczy przetargu: „NA DOSTAWĘ MIKROSKOPÓW:  
Nr RU/DW/50/09

### PROTEST

**1. Załącznik Nr 2. Opis przedmiotu zamówienia, Część C . Mikroskop biologiczny - szt.1,**

**pkt.6.Obiektywy serii CFI60 Plan Achromat.**

- CFI PLAN Achromat 4x N.A.0.10 W.D.30 mm
- CFI PLAN Achromat 10x N.A.0.25 W.D.10,5 mm
- CFI PLAN Achromat 20x N.A.0.40 W.D.1,2 mm
- CFI PLAN Achromat 40x N.A.0.65 W.D. 0,56 mm.

**Zamawiający określił wymogi techniczne podając parametry konstrukcyjne które oferuje tylko jedna firma - Nikon.**

**2. Załącznik Nr 2. Opis przedmiotu zamówienia, Część D . Mikroskop z wyposażeniem do obserwacji jasnopólowych i oświetlaczem do diafluorescencji - szt.1,**

**pkt.8. Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min. 188 mm x 134 mm, trwałej powłoce, bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu, z uchwytem na dwa preparaty, przesuw w osiach X i Y umożliwiające obserwację całej powierzchni jednego lub dwóch szkiełek preparatowych, zakres przesuwu co najmniej 76 mm na 50 mm.**

**Zamawiający określił wymogi techniczne podając parametry konstrukcyjne które oferuje tylko jedna firma – Olympus.**

Tym samym Zamawiający:

1. **podtrzymuje określanie parametrów niezgodne z zapisami Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami.**

Szczegółowe interpretacje i wyjaśnienia problemu zawiera **WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2007 r. – Syg. Akt UZSP/ZO/0-43/07.**

2. Ponadto Zamawiający nie dopuszcza dopuszcza równoważnych rozwiązań o lepszych parametrach, np. firmy Carl Zeiss, **stosujące inne rozwiązania techniczne, które nie mają wpływu na przeprowadzane badania**, jak również **odległość robocza obiektywu nie ma żadnego wpływu na jakość obrazu** tym samym nie ma wpływu na przeprowadzane badania (umożliwia tak samo dobre przeprowadzanie badań). O optymalnej jakości obrazu w mikroskopie optycznym decyduje przede wszystkim **jakość oświetlenia, jakość obiektywu oraz współosiowość wszystkich elementów układu optycznego.**
3. W ten sposób Zamawiający, **eliminuje innych producentów/dostawców/ mikroskopów/, czyli likwiduje możliwość konkurencji i narusza interes prawny naszej firmy.**

Wobec powyższego firma Centrum Mikroskopii, 01 – 934 Warszawa ul. Arkuszowa 58 wnosi protest wobec zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych dla zamówień publicznych w temacie j.w.

**Zapisy SIWZ w Załączniku nr 2 , część C i D naruszają postanowienia zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami:**

**Dział I, Rozdział 2, art. 7,**

**Dział II, Rozdział 1 art. 22.2,**

**a w szczególności**

**Rozdział 2 art. 29.2.**

Ideą zamówień publicznych jest dostępność i możliwość udziału w postępowaniu dla jak największej liczby oferentów w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pod względem rozwiązań technicznych jak i cen.


Należy przy tym stwierdzić, iż obecnie jest kilku producentów reprezentowanych w Polsce, którzy oferują urządzenia o równorzędnych parametrach technicznych lub wyższych, a nie mogących wziąć udziału w przedmiotowym postępowaniu, co w konsekwencji może prowadzić to wyboru oferty niekorzystnej dla interesu publicznego.

**Wobec przytoczonych argumentów wnosimy o zmianę warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia tak, aby była możliwość złożenia ofert przetargowych na urządzenia innych producentów a co za tym idzie do prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego z zachowaniem zasad konkurencji.**

Powyższy Protest przesyłamy w dniu dzisiejszym tj. 04.09.2009 faksem oraz drogą pocztową. Prosimy o potwierdzenie otrzymania protestu.

W zał:

Upoważnienie + Umowa S.C.

DYREKTOR  
  
Janusz Sowinski

CENTRUM MIKROSKOPII  
II Arkuszowa 58 01-934 Warszawa  
tel. 022 50 24 43 fax 022 835 58 30  
NIP 142-00-42-888  
