



Katowice, dnia 25.03.2020r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. (032) 359 19 24
DZP.381.018.2020.DW.

Wyjaśnienia treści SIWZ- KOREKTA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 214.000 euro, pn. „Dostawa chromatografu cieczowego” nr spr. DZP.381.018.2020.DW.

UWAGA!!!

Zamawiający koryguje wyjaśnienia treści SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dn. 23.03.2020r.

Pytanie Wykonawcy nr 1- Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o detektor mas typu pojedynczy kwadrupol o zakresie m/z 3000 i detektor DAD o zakresie spektralnym 190-950nm innego producenta niż chromatograf cieczowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający **NIE dopuszcza** możliwość rozbudowy o detektor mas typu pojedynczy kwadrupol o zakresie m/z 3000 i detektor DAD o zakresie spektralnym 190-950nm innego producenta niż chromatograf cieczowy ponieważ rozbudowy o moduły tego samego producenta np. detektor DAD czy MS zapewniają pełną spójność sprzętową i spójność pod kątem softwarowym.

Wyjaśnienia są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

mgr Małgorzata Wróblewska
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

mgr Kalina Rożek
Przewodniczący Komisji Przetargowej