



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

## **Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia**

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

### **DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO**

Nr sprawy: **WDB/1000065396**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

#### **Pytania Wykonawcy:**

1. Czy zamawiający dopuści zakres temperatury sterylizacji od 105 do 138°C?
2. Czy zamawiający dopuści cykl specjalny w zakresie temperatur 60- 950C?
3. Czy zamawiający dopuści nastawny czas sterylizacji do 99 min.?
4. Prosimy o doprecyzowanie jakiej pojemności zbiornika na kondensat wymaga zamawiający.
5. Prosimy o doprecyzowanie wymagania użytkownika: wyświetlacz LED wraz z graficznym wykresem etapu procesu. Czy zamawiający dopuści wielokolorowy wyświetlacz LED, na którym każdy etap cyklu zobrazowany jest w innym kolorze, wyświetlana jest nazwa etapu oraz parametry (ciśnienie temperatura)?



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

6. Proszę o informacje czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie autoklawu z wyświetlaczem LCD, umożliwiającym graficzne przedstawianie etapu procesu ( w zamian wyświetlacza LED) ? Jest to rozwiązanie korzystne dla Zamawiającego ze względu na większe możliwości wyświetlacza typu LCD.

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

1. Zamawiający dopuszcza zakres temperatury sterylizacji od 105 do 138°C
2. Zamawiający dopuszcza cykl specjalny w zakresie temperatur 60-95
3. Zamawiający nie dopuszcza czasu nastawnego do 99 minut ponieważ prowadzone przez niego procesy sterylizacji są zbliżone do 200 minut.  
Konieczność wykonywania dodatkowych czynności związanych ze zbyt krótkim nastawem czasu nie jest dla Zamawiającego korzystne.
4. Zamawiający nie określa dokładnie zbiornika kondensatu. Powinien on być adekwatny do proponowanego rozwiązania konstrukcyjnego, odpowiednio pojemny aby nie absorbował co chwilę użytkownika koniecznością dodatkowej obsługi.
5. Zamawiający zgadza się i dopuszcza opisywany typ wyświetlacza LED.
6. Zamawiający wyraża zgodę, dopuszcza zaoferowanie autoklawu z wyświetlaczem LCD, umożliwiającym graficzne przedstawianie etapu procesu ( w zamian wyświetlacza LED).

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**