



Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
p.n.:

MŁYNEK ELEKTROMAGNETYCZNY

Nr sprawy: **W1/1000086079**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy:

1.

Czy możliwy jest termin realizacji do 5 tygodni od daty zawarcia Umowy lub otrzymania Zamówienia przez Wykonawcę?

W punkcie 4 „Warunki realizacji zamówienia” w ppkt. 1 jest informacja o 4 tygodniach.

2.

W punkcie 3 – w specyfikacji (4 linia) widnieje informacja „Pomiar Głośności”. Prosimy o interpretację. Możliwe że błędnie zostało to przetłumaczone z materiałów źródłowych z „Sensing Volume” co oznacza obszar (objętość wody) w jakim dokonywane jest badanie przepływu i nie ma to nic wspólnego z głośnością. Powinno być to oznaczone jako „Objętość pomiaru”.

3.

Czy młynek hydrometryczny ma być dostarczony z tyczkami pomiarowymi – umożliwiającymi pomiar w płytkich ciekach – wchodząc do nich czy może będą Państwo dokonywać pomiarów w inny sposób np. przy spuszczeniu urządzenia za burtę lub z mostu. Wtedy tyczki nie są potrzebne – a ma to wpływ na cenę.



4.

Jaką długość kabla przewidują Państwo w zakupie urządzenia – możliwe są długości 2, 5 i 12m? Brak tej informacji w opisie urządzenia a może mieć to również wpływ na niższą cenę. Kabel łączy sensor z urządzeniem zapisującym dane pomiarowe.

5.

Czy niezbędna jest instrukcja w języku polskim czy wystarczy oryginalna w języku angielskim?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza termin realizacji 5 tygodni od daty zawarcia Umowy lub otrzymania Zamówienia przez Wykonawcę.

Ad. 2

Winno być: „Objętość pomiaru”

Ad. 3

Młynek elektromagnetyczny winien być dostarczony wraz z tyczkami pomiarowymi.

Ad. 4

Wraz z młynkiem elektromagnetycznym winien być dostarczony kabel długości 2,5 m.

Ad. 5.

Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 17 sierpnia 2016, do godz. 14:00

Z poważaniem,
mgr Jowita Zielosko

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.