



Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

Dostawa stacji do zatapiania z modułem grzewczym

Nr sprawy: **180856/2024**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanymi pytaniami dot. parametrów przedmiotu zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

Pytania Wykonawcy :

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie stacji do zatapiania (zatapiarka parafinowa) trójmodułowej składającej się z: moduł zatapiający (dystrybutor parafiny), moduł podgrzewający (urządzenie grzewcze) oraz moduł chłodzący (płyta chłodząca).

Zamawiający nie wyraża zgody

Uzasadnienie : W związku ze specyfiką pracy z drewnem o różnym stopniu zachowania ważne jest aby moduły grzewczy i chłodzący były oddzielne, i mogły działać jako niezależne urządzenia. W powyższym pytaniu nie określono czy moduł chłodzący (zimna płyta) może działać jako urządzenie niezależne, co wskazano w punkcie 24 OPZ.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o parametrze lepszym – każdy z dwóch modułów wyposażony we własny wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 3.5” wraz ze zintegrowanymi przyciskami membranowymi do sterowania nastawami odpornymi na zabrudzenia. Zwracamy uwagę, iż ekrany dotykowe, zarówno w technologii rezystancyjnej czy pojemnościowej wrażliwe są na czynniki pracy stacji do zatapiania –wysoką temperaturę oraz zabrudzenia.

Zamawiający nie wyraża zgody

Uzasadnienie : proponowane wyświetlacze są zbyt małe i nie zapewnią czytelności parametrów.



Pytanie nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie stacji do zatapiania z przepływem uruchamianym ręcznie za pomocą przechylnego przełącznika o specjalnej konstrukcji niewymagającej regulacji jego wysokości. Dodatkowo przepływ parafiny może być uruchamiany za pomocą przełącznika nożnego.

Zamawiający nie wyraża zgody

Uzasadnienie : specyfika wykonywanych prac na kawałkach drewna o różnej grubości wymaga ręcznej regulacji wysokości przełącznika.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej była naliczana na podstawie wartości netto, a nie brutto?

Zamawiający nie wyraża zgody