



Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

Dostawa stacji do zatapiania z modułem grzewczym

Nr sprawy: **180856/2024**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanymi pytaniami dot. parametrów przedmiotu zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

Pytania Wykonawcy :

Pytanie nr 1

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 ust. 2 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgodny

Pytanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3” zapewniający bardzo dobrą widoczność ikon o poleceń.

Zamawiający nie wyraża zgody

Uzasadnienie : proponowane wyświetlacze są zbyt małe i nie zapewnią czytelności parametrów.

Pytanie nr 3

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z przepływem parafiny uruchamianym ręcznie, za pomocą przechyłanego przełącznika bez regulowanej wysokości, lub za pomocą zbliżeniowego czujnika z możliwością dostosowania indywidualnej pozycji pracy



Zamawiający nie wyraża zgody

Uzasadnienie : specyfika wykonywanych prac na kawałkach drewna o różnej grubości wymaga ręcznej regulacji wysokości przełącznika.

Pytanie nr 4

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z precyzyjną regulacją strumienia przepływu parafiny za pomocą regulatora przepływu nie wymagającego śruby metrycznej.

Zamawiający nie wyraża zgody

Uzasadnienie : Nie jest jasne jak zapewniona będzie precyzyjna regulacja strumienia przepływu parafiny.

Pytanie nr 5

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o nieznacznie różniących się pojemnościach i wymiarach tac.

Wymiary tac: 239 x 184 x 54 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Prosimy o dopuszczenie urządzenia przystosowanego do montażu opcjonalnych elementów

- szkła powiększającego
- włącznika nożnego

Urządzenie nie wymaga posiadania miski pre filtra. Urządzenie posiada wbudowany filtr parafiny w komorze

Zamawiający nie wyraża zgody

Uzasadnienie : Konieczny jest szybki montaż dodatkowych elementów, z uwagi na specyfikę pracy z fragmentami drewna o różnej wielkości i o różnym stopniu zachowania.

Pytanie nr 7

Prosimy o dopuszczenie modułu chłodzącego wyposażonego w parametr lepszy to jest regulacją temperatury do – 20 st C, z możliwością zapewniania stabilną temperaturę pracy wynoszącą – 6 °C

Zamawiający nie wyraża zgody

Uzasadnienie : Konieczne jest zapewnienie, a nie możliwość zapewnienia, stabilnej temperatury pracy -6°C.