

Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
p.n.:

Dostawa wiskozymetru rotacyjnego wraz z akcesoriami

Nr sprawy: 142169/2021 Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi specyfikacji przedmiotu sprzedaży, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy:

Pyt.1. „Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wiskozymetru wyposażonego w bagnetowe złącze montażowe wrzecion, jako równoważne złączu magnetycznemu ?”

Pyt.2. „Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wiskozymetru wyposażonego standardowo w czujnik pomiarowy temperatury wbudowany w urządzenie?”

Pyt.3. „Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wiskozymetru wyposażonego w bagnetowe złącze montażowe wrzecion, jako równoważne złączu magnetycznemu?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Odp. 1. – „Nie dopuszcza”

Odp. 2. – „Dopuszcza”

Odp.3. – „Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania”

Anna Nowak
Realizator prowadzący Sprawę

POWYŻSZE ZMIANY SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY