



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

**UNIwersytet Śląski**

Ul. Bankowa 12, 40- 007 KATOWICE  
NIP 634-019-71-34; REGON 000001347

*Katowice, dn. 05 maja 2010 r.*

## **UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: postępowania nr RU/DWM/25/10, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„DOSTAWĘ MIKROTOMU ROTACYJNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”**

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy mikrotomu o zakresie trymowania w zakresie od 100  $\mu\text{m}$  do 600 $\mu\text{m}$  z krokiem co 50  $\mu\text{m}$ , spełniający pozostałe zakresy trymowania bardziej dokładnie niż wymagane?”

### **Odpowiedź:**

Wybór tak dokładnego zakresu trymowania jaki został opisany przez Zamawiającego wynika z potrzeb i doświadczeń osób wykorzystujących preparaty histologiczne, w tym planowanych do wykonania w zadaniach eksperymentalnych w ramach projektu badawczego. Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia przedziału trymowania do zakresu podanego w zapytaniu.

### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy mikrotomu wyposażonego w precyzyjny mikroprocesorowo sterowany układ podprowadzania preparatów z dwoma optymalnie dobranymi prędkościami 300 $\mu\text{m/s}$  oraz 900 $\mu\text{m/s}$ ?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający preferuje 3 prędkości podprowadzania preparatów, dopuszczając również 2 prędkości podprowadzania preparatów przedstawione w zapytaniu.

**UWAGA: Powyższe wyjaśnienia są dla Wykonawców wiążące.**

Sporządził:

Przewodniczący komisji przetargowej:

mgr Aneta Szturc-Krawczyk

mgr Monika Klein

