



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Katowice, 12.10.2011r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
„Dostawa urządzeń laboratoryjnych kontrolno-pomiarowych”
Nr sprawy RU/DW/107/11

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1:

(dotyczy części C poz. 6 miernik do fosforanów)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o dokładności od $\pm 0,03$ mg/l do 1,00 mg/l?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o dokładności od $\pm 0,03$ mg/l do 1,00 mg/l. Badane przez Zamawiającego próbki wody często mają większą zawartość fosforanów w wodzie niż zakres 0,03-1,00.

PYTANIE 2:

(dotyczy części C poz. 6 miernik do fosforanów)

Czy Zamawiający wymaga aby w zestawie znalazł się komplet odczynników (100szt.) oraz roztwór kalibracyjny?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie wymaga aby w zestawie znalazł się komplet odczynników (100szt.) oraz roztwór kalibracyjny.

Uniwersytet Śląski
Biuro Projektu POIG ZiZOZap
ul. Bankowa 5
40-007 Katowice

tel. 32 359 22 29
faks 32 258 77 37
www.zizozap.us.edu.pl
e-mail: zizozap.biuro@us.edu.pl



*Katedra Genetyki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
ul. Jagiellońska 28
40-534 Katowice*

*tel. (32) 2009559, 2009457, 3591940
fax. (32) 2009396
e-mail: polapgen@us.edu.pl*

Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Genetyki i Genomiki Stosowanej POLAPGEN
tel. 61 6550238, 61 6550302 e-mail polapgen@igr.poznan.pl



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

PYTANIE 3:

(dotyczy części C poz. 6 miernik do fosforanów)

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach 192 x 104 x 69?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 192 x 104 x 69.

UWAGA!!! POWYŻSZE ODPOWIEDZI SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Małgorzata Peroń

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Aneta Szturc-Krawczyk

Uniwersytet Śląski
Biuro Projektu POIG ZiZOZap
ul. Bankowa 5
40-007 Katowice

tel. 32 359 22 29
faks 32 258 77 37
www.zizozap.us.edu.pl
e-mail: zizozap.biuro@us.edu.pl



*Katedra Genetyki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
ul. Jagiellońska 28
40-534 Katowice*

*tel. (32) 2009559, 2009457, 3591940
fax. (32) 2009396
e-mail: polapgen@us.edu.pl*

Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Genetyki i Genomiki Stosowanej POLAPGEN
tel. 61 6550238, 61 6550302 e-mail polapgen@igr.poznan.pl