

Katowice, dn. 12.10.2011 r.

UNIwersytet Śląski
ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347
Tel. 32 359 13 80
Fax: 32 359 20 48

ODPOWIEDŹ NR 2 NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ

Uczestniczy postępowania nr RU/DW/109/11

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH”, nr sprawy: RU/DW/109/11.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej uPzp, w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Pytanie nr 1:

Dot. części A – wytwornica lodu – szt. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wytwornicy płatków lodu o wydajności wynoszącej 150 kg/24 h ze zbiornikiem na lód o pojemności 40 kg, o wymiarach zewnętrznych wynoszących 738 x 690 x 920 mm (szer. x gł. x wys.) plus podstawki na których stoi urządzenie o wysokości 110 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wytwornicy płatków lodu zaproponowanej w pytaniu.

UWAGA!!! POWYŻSZA ODPOWIEDŹ DLA WYKONAWCÓW JEST WIĄŻĄCA I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Aneta Szturc – Krawczyk

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Małgorzata Peroń