

Katowice, dn. 13.10.2011 r.

**UNIwersytet Śląski**  
**ul. Bankowa 12,**  
**40- 007 KATOWICE**  
**NIP 634-019-71-34;**  
**REGON 000001347**  
**Tel. 32 359 13 80**  
**Fax: 32 359 20 48**

### **ODPOWIEDZI NR 3 NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

**Uczestniczy postępowania nr RU/DW/109/11**

---

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH”, nr sprawy: RU/DW/109/11.**

---

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej uPzp, w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

**Pytanie nr 1:**

Dot. części „I”

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w części I, pkt. 1 mini wirówki o pojemności 6 x 1,5/2,0 ml, 16 x 0,2 ml, 2 paski po 8 probówek 0,2 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie mini wirówki zaproponowanej w pytaniu.

**Pytanie nr 2:**

Dot. części „C”

Czy Zamawiający dopuszcza myjkę ultradźwiękową o częstotliwości 38 kHz, temperaturze podgrzewania w zakresie 30-80<sup>0</sup> C i wymiarach wewnętrznych zbiornika 240 x 137 x 100 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza myjkę ultradźwiękową zaproponowaną w pytaniu.

**UWAGA!!! POWYŻSZE ODPOWIEDZI DLA WYKONAWCÓW SĄ WIAŻĄCE I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Aneta Szturc – Krawczyk

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Małgorzata Peroń