



Katowice dn. 2 września 2009r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/50/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 206 000 € na:

DOSTAWĘ MIKROSKOPÓW.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie obiektywu PLAN achromatycznego o powiększeniu 4x, aperturze numerycznej $NA=0,1$ oraz odległości roboczej $WD=18,5$ mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza stosowanie obiektywu PLAN achromatycznego o powiększeniu 4x, aperturze numerycznej $NA=0,1$ oraz odległości roboczej $WD=18,5$ mm.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Członek Komisji Przetargowej

mgr Piotr Matuszczyk