

Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
p.n.:

Dostawa Źródła Mossbauera

Nr sprawy: 139820/2021 Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści Umowy, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy:

1. §4 ust.1 pkt.3 - prosimy o wykreślenie. Wykonawca nie wie w jakim celu źródło jest nabywane przez Zamawiającego
2. §4 ust.1- prosimy o usunięcie zapisu „, oraz awarie wywołane wadą fizyczną”.
3. §4 ust.2 - prosimy o wykreślenie zapisu „, karta gwarancyjna”. Protokół odbioru jest dokumentem gwarancyjnym. Okres gwarancji wynosi 12 m-cy od daty podpisania protokołu.
4. § 4 ust.4 - prosimy o wykreślenie. Jeśli źródło będzie miało wady to musi być wymienione na nowe. Termin oczekiwania na nowe do 12 tyg. od daty uznania reklamacji.
5. § 5 ust.1-17 - prosimy o usunięcie. Nie dotyczy przedmiotu umowy.
6. § 6 ust.2 - prosimy o usunięcie zapisu „,z tytułu dostarczenie przedmiotu sprzedaży z wadą - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za Producenta.
7. § 7 ust.1 - prosimy o usunięcie. Towar pochodzi z importu, produkowany jest pod konkretne zamówienie, nie ma możliwości rezygnacji z dostawy. Kary za opóźnienie są wystarczającym narzędziem do wyegzekwowania terminowej dostawy.

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zamawiający wprowadza zmianę w § 4 ust.1 pkt.3 o treści „kompletności i użyteczności z punktu widzenia celu wynikającego z jego zwyczajnego przeznaczenia”.
2. Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu „, oraz awarie wywołane wadą fizyczną”.
3. Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie zapisu „,karta gwarancyjna”
4. Zamawiający wprowadza zmianę w § 4 ust.4 o treści „W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady przedmiotu sprzedaży Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad w terminie do 12 (słownie: dwunastu) tygodni od dnia zgłoszenia Wady Wykonawcy.
5. Zamawiający nie zgadza się na usunięcie §5 ust. 1-13 oraz §5 ust. 17
Zamawiający zgadza się na usunięcie §5 ust. 14-16
Zamawiający wprowadza zmiany w:
 - a) §5 ust. 4 o treści „Roszczenie o wymianę przedmiotu sprzedaży na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Zamawiający

zawiadomi Wykonawcę o wadzie w formie elektronicznej, w formie faksu lub pisemnie na adres serwisu, w godzinach pracy serwisu. Wykonawca rozpocznie usuwanie wady w terminie: do 14 dni od zgłoszenia wady. Poprzez rozpoczęcie usuwania wady uznaje się poświadczony przez użytkownika przybycie serwisanta, diagnoza i rozpoczęcie wymiany.

- b) §5 ust. 5 o treści: „W terminach określonych w ust. 4 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady przedmiotu sprzedaży. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany przedmiotu sprzedaży na wolny od wad przed terminem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany przedmiotu sprzedaży.”
- c) §5 ust. 10 o treści: „Jeżeli przedmiot sprzedaży ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad z zachowaniem zasad określonych w ust.11. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot sprzedaży był już wymieniony przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany przedmiotu sprzedaży na wolny od wad.”
- d) §5 ust. 11 o treści: Jeżeli przedmiot sprzedaży ma wadę, Zamawiający może żądać jego wymiany na wolny od wad. Wymiana wadliwego przedmiotu umowy w terminie rękojmi będzie odbywać się bezpłatnie w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony, nie dłuższym jednak niż 12 (słownie: dwanaście) tygodni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
- e) §5 ust. 17 o treści: „Poza przypadkami określonymi w ust. 10 , jeżeli urządzenie było już wymieniane przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany urządzenia na wolne od wad w terminie, o którym mowa w ust. 11, , Zamawiający może:
- 1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, z zastrzeżeniem, że obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość urządzenia z wadą pozostaje do wartości urządzenia bez wady, albo
 - 2) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że wada jest nieistotna.”
6. Zamawiający nie zgadza się na usunięcie §6 ust.2.
7. Zamawiający nie zgadza się na usunięcie §7 ust.1.

W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 19 sierpnia br. godz. 10:00.

Artur Kreszczuk
Realizator prowadzący Sprawę